

Nr. 522/12.11.2015

APROBAT
DIRECTOR COORDONATOR



SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

1. DENUMIREA PRODUSULUI / SERVICIULUI / LUCRĂRII: : **Sistem pentru Emisia - Receptia Ultrasunetului**
2. CODUL CPSA: ~~322 3 0000~~ 322 3 0000-4
3. STANDARDE, CODURI, NORME APLICABILE: N/A
4. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE: **Pulser:** Negative spike pulser, rata de repetitie pulsului ultrasonic: 0.1 – 6KHz, puls ecou si prin transmisie; **Receiver:** latime puls ultrasonic: 1KHz - 35MHz (-3 dB), domeniu de amplificare/atenuare 0 – 60dB cu pasi de 1dB, filtru high-pass, filtru low-pass, Max. signal output ±1V peak, impedanta de iesire 50Ω; **Input/Output:** RF Out, trigger extern, T/R si R – conectori BNC mama, alimentare 220V, 50/60Hz;
5. AMBALAREA , MARCAREA, ETICHETAREA: N/A
6. CERINTE DE ASIGURAREA CALITĂȚII: firma certificata ISO 9001,
7. CONDIȚII DE RECEPȚIE: recepția se va face la sediul beneficiarului însoțită de punere in functiune, teste demonstrative în funcționarea echipamentului precum și instruirea personalului.
8. TERMEN DE LIVRARE: Trim II, 2016
9. GARANȚIE, SERVICE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ: garantie 24 luni de la data punerii in functiune.
10. DOCUMENTAȚIE: Manual de utilizare în limba română si/sau engleza
11. PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA OBTINEREA DE AVIZE, APROBARI, EXCEPTĂRI DE LA ORGANELE COMPETENTE: Nu este cazul.
12. PRECIZAREA AUTORIZAȚIILOR, AVIZELOR , ETC . PE CARE OFERTANTUL TREBUIE SA LE DETINA: Nu este cazul.

AVIZAT
Sef compartiment
D. Lucan

AVIZAT
Serviciul Managementul Calității
D. Gh. Savu

INTOCMIT,
V. Ionescu

