



APROBAT
DIRECTOR COORDONATOR

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

1. DENUMIREA PRODUSULUI : Sistem integrat pentru spectrometrie alfa cu intrari multiple.
2. CODUL CPV: 38433210-4
3. STANDARDE, CODURI, NORME APLICABILE: N/A
4. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE:
Cerințe minime și obligatorii
 - Cel puțin doua camere de contorizare independente,
 - Analizor multicanal incorporat,
 - Sistemele HV, MCA si de vid, integrate si controlate de PC,
 - Software de spectrometrie alfa si accesorii pentru conectare la o pompa de vid existenta in laborator
5. AMBALAREA , MARCAREA, ETICHETAREA: fara cerinte speciale
6. CERINTE DE ASIGURAREA CALITĂȚII: Produsul trebuie sa fie proiectat si realizat incadrul unui sistem de calitate in acord cu cerintele urmatoare : ISO 9001, IEC 61000, CE
7. CONDIȚII DE RECEPȚIE: asistenta la punerea in functiune
8. TERMEN DE LIVRARE: trim IV
9. GARANȚIE, SERVICE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ: garantie pentru produs pe o perioada de 2 ani si declararea de catre furnizor a disponibilitatii pentru asigurarea de service post-garantie pentru o perioada de cel puțin 5 ani.
10. DOCUMENTAȚIE: Declaratie de conformitate, Manual de utilizare, Autorizatie de securitate radiologica emisa de CNCAN
11. PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA OBTINEREA DE AVIZE, APROBARI, EXCEPTĂRI DE LA ORGANELE COMPETENTE: N/A
12. PRECIZAREA AUTORIZAȚIILOR , AVIZELOR , ETC . PE CARE OFERTANTUL TREBUIE SA LE DETINA: Certificare ISO9001 a sistemului calitatii, Autorizatie de securitate radiologica pentru furnizarea de aparatura nucleara

AVIZAT
Sef compartiment



INTOCMIT,



AVIZAT
Sef Serviciul Managementul Calității

