

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

1. DENUMIREA PRODUSULUI : Analizor multicanal pentru lant de spectrometrie gama tip DSA-LX Canberra
2. CODUL CPV: 38433300-2 / Analizoare de spectru
3. STANDARDE, CODURI, NORME APLICABILE: N/A
4. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE:
 - Analizor multicanal desktop integrat, cu procesare digitală a semnalului;
 - Interfața USB 2.0 pentru conectarea la calculator;
 - Controlabil prin soft-ul GENIE2000 existent în laborator;
 - Moduri de lucru PHA și MCS, utilizabile simultan în cazul definirii a două grupuri de canale;
 - Număr de canale în modul PHA: 16348 de canale selectabile ca 256,512,1024,2048, 4096, 8192 sau 16348.
 - Sursă de înaltă tensiune încorporată;
 - Semnal de HV inhibit pozitiv, pentru preamplificatorul de tip Mirion/Canberra existent în pe detectorul din laborator;
 - Corecție de timp mort.
5. AMBALAREA , MARCAREA, ETICHETAREA: conform furnizor
6. CERINTE DE ASIGURAREA CALITĂȚII: SREN ISO 9001:2015, SREN ISO14001:2015
7. CONDIȚII DE RECEPȚIE: Punere în funcțiune.
8. TERMEN DE LIVRARE: Urgent
9. GARANȚIE, SERVICE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ: 12 luni de la punerea în funcțiune.
10. DOCUMENTAȚIE: anexat.
11. PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA OBTINEREA DE AVIZE, APROBARI, EXCEPTĂRI DE LA ORGANELE COMPETENTE: N/A
12. PRECIZAREA AUTORIZAȚIILOR, AVIZELOR, ETC. PE CARE OFERTANTUL TREBUIE SA LE DETINA: SREN ISO9001:2015, N/A.