

SPECIFICATIE TEHNICA

Cuptor de calcinare de laborator

Cerințe minime și obligatorii :

- Izolație de înaltă calitate, carcasa cu pereți dubli pentru menținerea unei temperaturi scăzute în exterior ;

- Volumul util nominal: 15 l; Tmax: 1400 °C; tensiunea de alimentare: 230 V;

- dimensiuni interioare max , mm (L, A, Î): 250x340x170;

- dimensiuni exterioare max, mm (L, A, Î): 530x625x360+350;

Computer extern desktop (unitate centrală, monitor, tastatură, mouse, licență Windows, licență MS Office) pentru controlul echipamentului, achiziția și prelucrarea datelor.

- Furnizorul/producătorul declarat câștigător trebuie să dețină Certificat ISO 9001/2015.
- Produsul va fi însoțit la livrare de: Factura, Certificate de conformitate CE, Garanție min. 2 ani, servicii de post garanție asigurate, documentația tehnică în original și în limba română, livrat gata de lucru, complet, cu cabluri și conectori.
- Instalarea, instructajul și întreținerea în perioada de garanție să fie asigurate
- Termen de livrare: 4 săptămâni de la comanda fermă;
- Livrarea se va face la sediul RATEN ICN din Mioveni fără alte costuri suplimentare;
- Condiții de plată: cu OP la 30 de zile de la punerea în funcțiune.