

Anexa D

Compartiment: Atelierul 8 – Prototipuri Nucleare

Nr. înregistrare:



APROBAT,
DIRECTOR
Dr.ing. Constantin PAUNOIU

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

1. DENUMIREA PRODUSULUI : Presă izostatică la rece
tip AIP3-12-60C-TSE sau echivalentă
2. CODUL CPV: 42636000-3
3. STANDARDE, CODURI, NORME APLICABILE: N/A;
4. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE:
Parametrii tehnici și funcționali:
Presiunea de lucru: 4140 bar;
 - Dimensiuni incintă de presare:
 - diametru: 75 mm;
 - lungime: 300 mm;
 - Sistem de control al presării și al depresării;
 - Prevazută cu pompa Haskel, 4140 bar, acționată cu aer comprimat asupra fluidului de presare;
 - Tensiunea de alimentare 220V_{ca}/5 A;
 - Dimensiuni: cca. 600x600x860 mm;
 - Greutate: cca. 270 Kg.;
 - Consumabile necesare:
 - sigurante: 1 set;
 - becuri: 1 set;
 - O-ring-uri: 5 buc.;
 - garnituri etansare: 1 buc.;
 - rezerva ventil: 1 buc.;
 - lubrifianți: 1 schimb;
 - discuri de rupere: 1 buc.
 - Accesorii de montaj și punere în funcțiune;
5. AMBALAREA , MARCAREA, ETICHETAREA: Ambalată, marcată și etichetată pentru a fi livrată la RATEN – ICN Pitești
6. CERINTE DE ASIGURAREA CALITĂȚII:
Institutul de Cercetări Nucleare este Sucursala a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) care își desfășoară activitatea în domeniul nuclear și se supune cerințelor normelor CNCAN, organism de reglementare în acest domeniu, iar conform prevederilor acestora toți furnizorii trebuie să aibă un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001:2015.
7. CONDIȚII DE RECEPȚIE: Transport la RATEN – ICN Pitești

8. TERMEN DE LIVRARE: max. 9 luni
9. GARANȚIE, SERVICE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ: Garantie si asitenta tehnica minim 12 luni de la punerea in functiune
10. DOCUMENTAȚIE: Factura Fiscala, Certificat Garantie, Declaratie Conformitate, Manuali de operare
11. PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA OBȚINEREA DE AVIZE, APROBARI, EXCEPTĂRI DE LA ORGANELE COMPETENTE: N/A
12. PRECIZAREA AUTORIZAȚIILOR , AVIZELOR , ETC . PE CARE OFERTANTUL TREBUIE SA LE DETINA: N/A
13. FURNIZORI POSIBILI : Conform Catalog SEAP

AVIZAT,
Sef compartiment
Constantin MILITARU



Sef Serviciul Managementul Calității

Daniela DUMITRU



INTOCMIT,
ing. Petrișor POPESCU



Sef Laborator Metrologie si IT

N/A

AVIZAT