


Anexa D

Compartiment: L6-CTC-END

Nr. înregistrare:



APROBAT
DIRECTOR

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

1. DENUMIREA PRODUSULUI : Generator raze X
2. CODUL CPV: 38947000-7
3. STANDARDE, CODURI, NORME APLICABILE: N/A
4. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE:

Tub de raze X portabil :

- Anod 300 kV / 3 mA
 - Pata focala 3,0 mm (EN12543)
 - interval kV de la 20 la 300 - intervalul mA de la 1 la 10
 - Putere maxima a anodului 900 wați
 - Max 66 mm penetrare in oțel la 300 kV 3,0 mA
 - Ciclu de funcționare 100% la temperatura ambiantă de 30 °C - răcit cu aer
 - Temperatura mediului de lucru: -30°C până la 60°C
 - IP65
 - Echipat cu : Un carusel încorporat cu 5 poziții vizibile: (0,8 Be fereastră, 10 x 48 diafr., obturator plumb, indicator laser, filtru Al de 3 mm) , două inele de protecție în „V” montate pe amortizoare
- Unitate de control digitala.
Trepied cu suport.

5. AMBALAREA , MARCAREA, ETICHETAREA:

Pachetul include: Tub RX, Unitate de control Digitala ; Cablu de alimentare min 10 m ; Sac de depozitare cabluri si accesorii ; Manual de utilizare în limba română; Cablu de conectare min 20m Tub/cutie digitala.

6. CERINȚE DE ASIGURAREA CALITĂȚII:

Institutul de Cercetari Nucleare este Sucursala a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN) care isi desfasoara activitatea in domeniul nuclear si se supune cerintelor normelor CNCAN, organism de reglementare in acest domeniu, iar conform prevederilor acestora toti furnizorii trebuie sa aibe un Sistem de Management al Calitatii certificat conform ISO 9001:2015.

7. CONDIȚII DE RECEPȚIE: Produsul se recepționează și se pune în funcțiune la sediul RATEN ICN din Mioveni, str.Campului nr.1 .
8. TERMEN DE LIVRARE: 2023
9. GARANȚIE, SERVICE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ: 12 luni pentru aparat și 18 luni pentru tub de la punerea în funcțiune
- 10.DOCUMENTAȚIE: Declarație de conformitate,Certificat de garanție, Manual de utilizare în limba romana, Buletine de verificare tehnica eliberate de o firma autorizata CNCAN.
11. PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA OBTINEREA DE AVIZE, APROBARI, EXCEPTĂRI DE LA ORGANELE COMPETENTE:

12. PRECIZAREA AUTORIZAȚIILOR, AVIZELOR, ETC. PE CARE OFERTANTUL
TREBUIE SA LE DETINA: Autorizatie CNCAN

13. FURNIZORI POSIBILI :

AVIZAT
Sef compartiment
Victoria Udriou



INTOCMIT,
Chitu Radu



AVIZAT
Sef Serviciul Managementul Calității
Daniela Dumitru



Sef Laborator Metrologie si IT
N/A